

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1287-78

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА (СКО-4)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава оловянных концентратов (ОСТ 48-32-72) в соответствии с ГОСТ 22221.0-76

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.10.1980

**Описание СО:**

материалом СО является оловянный концентрат (ОСТ 48-32-72). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые емкости с герметичной крышкой по 100 г

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ЦНИИОЛОВО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 3 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элемента (в расчете на материал, высушенный при 110 град. Цельсия), %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
СКО-4	Sn	30.54	%	0.03	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.