

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1292-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДЛЯ АНАЛИЗА ВОД (СОВ-1)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов и контроля правильности результатов анализа вод на аттестованные элементы эмиссионным и атомно-абсорбционным методами.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1980

Описание СО:

СО представляет собой жидкость, помещенную в стеклянные ампулы емкостью (5-10) мл

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, мг/мл

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
СОВ-1	Cu	1.00	мг/мл	0.01	A
СОВ-1	Ag	1.00	мг/мл	0.01	A

COB-1	Zn	1.00	мг/мл	0.01	A
COB-1	Cd	1.00	мг/мл	0.01	A
COB-1	Al	1.00	мг/мл	0.01	A
COB-1	Co	1.00	мг/мл	0.01	A
COB-1	Ni	1.00	мг/мл	0.01	A
COB-1	Fe	2.00	мг/мл	0.02	A
COB-1	Pb	4.00	мг/мл	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.