

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1293-80П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОД (СОВ-2П)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоколориметров, спектрографов), контроля правильности результатов анализа вод на аттестованные элементы эмиссионным спектральным и атомно-абсорбционными методами.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1985

Описание СО:

СО представляет собой жидкость, помещенную в стеклянную ампулу емкостью 5 мл.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, мг/мл

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
СОВ-2П	Hg	1.00	мг/мл	0.02	A
СОВ-2П	V	1.00	мг/мл	0.02	A

СОВ-2П	Sb	1.00	мг/мл	0.02	A
СОВ-2П	Mo	1.00	мг/мл	0.02	A
СОВ-2П	Mn	1.00	мг/мл	0.02	A
СОВ-2П	Ti	2.00	мг/мл	0.03	A
СОВ-2П	Sn	2.00	мг/мл	0.04	A
СОВ-2П	Bi	2.00	мг/мл	0.03	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.