

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1294-78

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СПЛАВА ЖЕЛЕЗНИКЕЛЕВОГО (СГ-5)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений методом горячей экстракции при определении кислорода в сплавах типа 5ОН (ГОСТ 10994-74) и поверки приборов для определения кислорода.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.11.1992

**Описание СО:**

материалом СО является сплав типа 5ОН (ГОСТ 10994-74). СО изготовлен в виде прутка диаметром 8 мм и длиной 80 мм

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

УралНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание кислорода, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
СГ-5	О	0.0049	%	0.0003	А
СГ-5	N	(0.0057)	%		

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.