

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1295-78

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ОТРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ (ФТОРОПЛАСТ)

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации и поверки рабочих средств измерения коэффициента отражения.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.04.1980

Описание СО:

СО изготовлен из фторопласта-4 марки Т-1 (ГОСТ 10007-62). СО представляет собой плоскопараллельные пластины со специальными утолщениями для закрепления в держателе. Отражающая плоскость (9x80) мм

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

СНИИМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ), отн.ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
	Модуль	по	4.8×10^{-2} -	отн.ед.	2	А

	коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)	напряж.эл.поля 5.1xE-2;при частоте 2288 МГц	5.4xE-2			
--	---	--	---------	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.