

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1298-78

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО ОТРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ (ПОЛИСТИРОЛ)

**Назначение СО:**

СО предназначен для аттестации и поверки рабочих средств измерения коэффициента отражения.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.04.1980

**Описание СО:**

СО изготовлен из полистирола марки Т (ГОСТ 9440-60). СО представляет собой плоскопараллельные пластины со специальными утолщениями для закрепления в держателе. Отражающая плоскость (9x80) мм

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

СНИИМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 2 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

модуль коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ), отн.ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Модуль	по	10.5xE-2 -	отн. ед.	2	О

	коэффициента отражения электромагнитных волн (ЭМВ)	напряж.эл.поля 11.1xE-2;при частоте 2288 МГц	11.6xE-2			
--	--	--	----------	--	--	--

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.