

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1301-78

Количество СО в комплекте: 9

**Наименование СО:** СО ВЛАЖНОСТИ И МАСЛИЧНОСТИ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР (комплект)

**Назначение СО:**

СО предназначены для поверки ЯМР-анализаторов влажности и масличности семян масличных культур.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.04.1979

**Описание СО:**

комплект включает 9 СО. СО изготовлен в виде смеси триолеина, ацетилцеллюлозы и воды. СО поставляется в стеклянных ампулах.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ВНИИМСО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 1 год

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

влажность, %; масличность, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
	Влажность		5-18	%	0.1	А

	Масличность		15-75	%	0.2	А
--	-------------	--	-------	---	-----	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.