

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1302-78

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА (Ч1)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугунов (ГОСТ 1412-70, ГОСТ 1585-70, ГОСТ 4834-49, ГОСТ 805-69) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 22536-77

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.02.1998

Описание СО:

материалом СО является чугун (ГОСТ 1412-70, ГОСТ 1585-70, ГОСТ 4834-49, ГОСТ 805-69). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 50 мл -100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Ч1	As	(0.003)	%		

Ч1	C	3.00	%	0.01	A
Ч1	Si	0.224	%	0.004	A
Ч1	Mn	0.396	%	0.004	A
Ч1	S	0.038	%	0.001	A
Ч1	P	0.057	%	0.001	A
Ч1	Ni	0.078	%	0.002	A
Ч1	Ti	0.030	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.