

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1302-85П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА П2 (Ч1Б)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугунов (ГОСТ 805-80).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1995

Описание СО:

материалом СО является чугун (ГОСТ 805-80). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	3.18	%	0.01	A
01	Si	0.262	%	0.004	A
01	Mn	0.235	%	0.004	A

01	S	0.035	%	0.001	A
01	P	0.059	%	0.001	A
01	Ni	0.154	%	0.002	A
01	Ti	0.0079	%	0.0006	A
01	As	0.013	%	0.001	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.