

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1302-88П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА П2 (Ч1В)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализов чугунов (ГОСТ 805-80 (СТ СЭВ 3288-81)).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1998

Описание СО:

материал СО представляет собой чугун П2. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	3.21	%	0.02	A
01	Si	0.308	%	0.003	A
01	Mn	0.185	%	0.003	A

01	S	0.0355	%	0.0006	A
01	P	0.0478	%	0.0008	A
01	Ni	0.032	%	0.001	A
01	Ti	0.023	%	0.001	A
01	As	0.0097	%	0.0004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.