

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1303-78

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА (Ч6)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугуна, выпускаемого (ЧМТУ 5003-55) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 2604.1-77 - ГОСТ 2604.6-77, ГОСТ 2604.10-77

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.02.1998

Описание СО:

материалом СО является чугун, выпускаемый по ЧМТУ 5003-55. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Ч6	С	3.12	%	0.01	А

Ч6	Mn	0.777	%	0.005	A
Ч6	Si	2.48	%	0.01	A
Ч6	P	0.322	%	0.003	A
Ч6	S	0.026	%	0.001	A
Ч6	Cr	2.67	%	0.01	A
Ч6	Ni	0.865	%	0.007	A
Ч6	Ti	0.143	%	0.004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.