

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1319-78

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ, НИОБИЕМ, ЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМОМ ДО 5 % (серия 1Н)

**Назначение СО:**

СО предназначен для аттестации стандартных образцов состава сплавов на никелевой основе (ГОСТ 5632-72 ГОСТ 10994-74), не легированных вольфрамом, ниобием, легированных хромом до 5 %, на содержание кремния.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.01.1998

**Описание СО:**

материалом СО является сплав на никелевой основе (ГОСТ 5632-72 ГОСТ 10994-74). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 50 мл -100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание кремния, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
1Н1	Si	0.209	%	0.003	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.