

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1338-78/1344-78

Количество СО в комплекте: 7

Наименование СО: СО СОСТАВА УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ (серия 39С)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава углеродистых и низколегированных сталей (ГОСТ 14959-69, ГОСТ 1414-74, ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 1435-74, ГОСТ 20072-74) на содержание серы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1987

Описание СО:

комплект включает 7 СО, материалом СО являются углеродистые и низколегированные стали (ГОСТ 14959-69, ГОСТ 1414-74, ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 1435-74, ГОСТ 20072-74). СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 50 мл -100 мл с герметичной крышкой

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание серы, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
39C1	S	0.0035	%	0.0002	A
39C2	S	0.0059	%	0.0003	A
39C3	S	0.0122	%	0.0004	A
39C4	S	0.0201	%	0.0005	A
39C5	S	0.0342	%	0.0007	A
39C6	S	0.106	%	0.001	A
39C7	S	0.201	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.