

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1350-86П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 20ХГ2Ц (С11Б)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированной стали (ГОСТ 5781-82).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1996

Описание СО:

материалом СО является легированная сталь (ГОСТ 5781-82). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
массовая доля элементов, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| 01 | C | 0.227 | % | 0.001 | A |
| 01 | Si | 0.549 | % | 0.007 | A |

| | | | | | |
|----|----|--------|---|--------|---|
| 01 | Mn | 1.62 | % | 0.01 | A |
| 01 | Cr | 1.12 | % | 0.01 | A |
| 01 | Ni | 0.122 | % | 0.003 | A |
| 01 | Cu | 0.183 | % | 0.002 | A |
| 01 | S | 0.0251 | % | 0.0006 | A |
| 01 | P | 0.0205 | % | 0.0006 | A |
| 01 | Zr | 0.070 | % | 0.003 | A |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.