

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1375-78

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ (41С1)

**Назначение СО:**

СО предназначен для аттестации стандартных образцов состава сталей (ГОСТ 5632-72) на содержание селена.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1987

**Описание СО:**

материалом СО является сталь (ГОСТ 5632-72). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 50 мл -100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание селена, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
41С1	Se	0.126	%	0.002	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.