

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1378-84П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА Л2 (Ч7Б)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугунов (ГОСТ 4832-80).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1994

Описание СО:

материалом СО является чугун (ГОСТ 4832-80). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	(2.8)	%		
01	Si	2.70	%	0.01	A
01	Mn	0.913	%	0.006	A

01	S	0.029	%	0.001	A
01	P	0.681	%	0.005	A
01	Cr	0.124	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.