

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1383-78/1384-78

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ,  
ЛЕГИРОВАННЫХ МОЛИБДЕНОМ, ВОЛЬФРАМОМ, НИОБИЕМ (серия 7Н)

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава сплавов на никелевой основе, легированных молибденом, вольфрамом, ниобием (ГОСТ 10994-74, ГОСТ 5632-72), на содержание меди.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1997

**Описание СО:**

комплект включает 2 СО, материалом СО является сплав на никелевой основе, легированный молибденом, вольфрамом, ниобием (ГОСТ 10994-74, ГОСТ 5632-72). СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 50 мл -100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание меди, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
7Н1	Cu	0.059	%	0.002	A
7Н2	Cu	8.45	%	0.02	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.