

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 140-71

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ХРОМОВОЛЬФРАМОВАНАДИЕВОЙ,
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ (122-д)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали марки Р9 (ГОСТ 9373-60).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.05.1991

Описание СО:

материалом СО является сталь марки Р9 (ГОСТ 9373-60). СО расфасован в склянки, снабженные этикетками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
122-д	С	0.912	%	0.005	А
122-д	Mn	0.252	%	0.002	А

122-д	Si	0.162	%	0.002	A
122-д	P	0.028	%	0.0005	A
122-д	S	0.016	%	0.0005	A
122-д	Cr	4.09	%	0.01	A
122-д	Ni	0.208	%	0.001	A
122-д	V	2.38	%	0.01	A
122-д	W	9.64	%	0.02	A
122-д	Mo	0.353	%	0.005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.