

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1414-86П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 40 (У4В)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава углеродистой стали (ГОСТ 1050-74).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1996

**Описание СО:**

материалом СО является углеродистая сталь (ГОСТ 1050-74). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 300 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Mo	(0.006)	%		
01	Ti	(0.001)	%		

01	W	(0:0.01)	%		
01	C	0.402	%	0.002	A
01	Mn	0.635	%	0.005	A
01	Si	0.314	%	0.004	A
01	S	0.0177	%	0.0004	A
01	P	0.0197	%	0.0007	A
01	Ni	0.074	%	0.002	A
01	Cr	0.096	%	0.002	A
01	Cu	0.109	%	0.002	A
01	As	0.0068	%	0.0006	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.