

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1414-89П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 40 (У4Г)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава углеродистых сталей (ГОСТ 1050-74).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1999

Описание СО:

материалом СО является углеродистая сталь (ГОСТ 1050-74). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	0.482	%	0.003	A
01	Mn	0.675	%	0.005	A

01	Si	0.280	%	0.003	A
01	S	0.0192	%	0.0005	A
01	P	0.0145	%	0.0004	A
01	Ni	0.054	%	0.001	A
01	Cr	0.042	%	0.001	A
01	Cu	0.124	%	0.001	A
01	As	0.0037	%	0.0002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.