

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 153-81П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ИЗВЕСТНЯКА ФЛЮСОВОГО (Ш10)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава известняка флюсового (ТУ 14-15-61-78 "Известняк флюсовый", МЧМ СССР) на аттестованные компоненты.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1991

**Описание СО:**

материалом СО является известняк флюсовый (ТУ 14-15-61-78). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 100 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| Ш10       | SiO <sub>2</sub>             | 0.172                  | %                | 0.005                             | A   |
| Ш10       | CaO                          | 55.5                   | %                | 0.1                               | A   |

|     |                                |        |   |        |   |
|-----|--------------------------------|--------|---|--------|---|
| Ш10 | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.150  | % | 0.006  | A |
| Ш10 | MgO                            | 0.44   | % | 0.01   | A |
| Ш10 | S                              | 0.0045 | % | 0.0005 | A |
| Ш10 | P                              | 0.014  | % | 0.001  | A |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.