

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 153-87П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ИЗВЕСТНЯКА ФЛЮСОВОГО ТИПА 4-1 (Ш10а)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов измерений состава известняка флюсового (ОСТ 14-63-80 "Известняки флюсовые для доменного производства", МЧМ СССР).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1997

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 100 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	SiO <sub>2</sub>	0.133	%	0.002	A
01	CaO	55.60	%	0.04	A
01	MgO	0.38	%	0.01	A

01	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.156	%	0.003	A
01	P	0.0136	%	0.0002	A
01	S	0.0043	%	0.0002	A
01	Нерастворимый остаток	0.23	%	0.01	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.