

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1557-79

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (С12)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей легированных (ГОСТ 4543-71) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 12344-66 - ГОСТ 12365-66.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1989

**Описание СО:**

материалом СО является сталь легированная (ГОСТ 4543-71). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
C12	В	(0.002)	%		

C12	C	0.213	%	0.002	A
C12	Mn	0.906	%	0.006	A
C12	Si	0.243	%	0.005	A
C12	P	0.0149	%	0.0005	A
C12	Cr	0.504	%	0.005	A
C12	Ni	0.610	%	0.005	A
C12	Cu	0.168	%	0.002	A
C12	Ti	0.048	%	0.002	A
C12	S	0.0191	%	0.0002	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.