

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1558-79

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ (СГ-6)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений содержаний кислорода и азота в углеродистых сталях (ГОСТ 1050-74) методами восстановительного плавления в вакууме и инертном газе.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1991

Описание СО:

материалом СО является углеродистая сталь (ГОСТ 1050-74). СО изготовлен в виде стержней длиной 80 мм и диаметром 5 мм

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

УралНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
СГ-6	O	0.0053	%	0.0004	A
СГ-6	N	0.0032	%	0.0004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.