

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 156-71

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ НИКЕЛЕВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ (323)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали марки 13Н52 (МТУ-2333-49).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.07.1991

Описание СО:

материалом СО является сталь марки 13Н52 (МТУ-2333-49). СО расфасован в склянки, снабженные этикетками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
323	C	0.117	%	0.003	A
323	Mn	0.482	%	0.006	A
323	Si	0.326	%	0.004	A

323	P	0.0130	%	0.0006	A
323	S	0.0104	%	0.0011	A
323	Cr	0.212	%	0.004	A
323	Ni	4.78	%	0.02	A
323	Cu	0.147	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.