

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1573-79/1577-79

Количество СО в комплекте: 5

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ЧУГУНОВ (серия 12Ч)

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава чугунов (ГОСТ 805-69, ГОСТ 4832-72, ГОСТ 1412-70) на содержание фосфора.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.06.1989

**Описание СО:**

комплект включает 5 СО, материалом СО является чугун (ГОСТ 805-69, ГОСТ 4832-72, ГОСТ 1412-70). СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 350 г

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание фосфора, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
12Ч1	Р	0.059	%	0.001	А
12Ч2	Р	0.114	%	0.002	А

12Ч3	Р	0.226	%	0.002	А
12Ч4	Р	0.695	%	0.004	А
12Ч5	Р	1.17	%	0.01	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.