

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 16-70

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ХРОМОМАНГАНЦЕВОКРЕМНИСТОЙ
(119-д)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей марки 35ХГСА по ГОСТ 4543-61.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.06.1980

Описание СО:

СО изготовлен из стали конструкционной легированной марки 35ХГСА по ГОСТ 4543-61, расфасован в склянки, снабженные этикетками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
119-д	С	0.368	%	0.002	А
119-д	Mn	1.044	%	0.002	А

119-д	Si	1.36	%	0.01	A
119-д	P	0.0184	%	0.0002	A
119-д	S	0.0199	%	0.0002	A
119-д	Cr	1.270	%	0.003	A
119-д	Ni	0.091	%	0.001	A
119-д	Cu	0.136	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.