

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1603-79/1606-79

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ПРИПОЕВ ТИПА ПОС-10 (комплект)

**Назначение СО:**

СО предназначены для проведения спектрального анализа припоев (ГОСТ 21930-76) в соответствии с ГОСТ 1429.14-77.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.06.1989

**Описание СО:**

материалом СО являются припой, выпускаемые по ГОСТ 21930-76. СО изготовлены в виде стержней длиной 100 мм и диаметром 8 мм. Комплект включает 4 СО, упакованных поэкземплярно.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ЦНИИОЛОВО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Cu	0.030	%	0.002	A
02	Cu	0.053	%	0.003	A

04	Cu	0.10	%	0.005	A
01	Bi	0.023	%	0.002	A
02	Bi	0.068	%	0.002	A
03	Bi	0.132	%	0.01	A
04	Bi	0.29	%	0.016	A
01	Sb	0.035	%	0.002	A
02	Sb	0.138	%	0.01	A
03	Sb	0.303	%	0.01	A
04	Sb	0.55	%	0.01	A
01	As	0.0048	%	0.0006	A
02	As	0.011	%	0.001	A
03	As	0.028	%	0.0025	A
04	As	0.051	%	0.003	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.