

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1618-79/1619-79

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ 08X15H24B4TP (43C1), 10X11H20T3P (43C2) серия 43C

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации СО состава сталей (ГОСТ 5632-72) на содержание бора.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1993

**Описание СО:**

комплект включает 2 СО, материалом СО является сталь (ГОСТ 5632-72). СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 150 г и 300 г

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание бора, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	В	0.0056	%	0.0002	А

02	В	0.0083	%	0.0002	А
----	---	--------	---	--------	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.