

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1637-90П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 15X17AG14 (С366)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа легированных сталей (ГОСТ 5632-72).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен из стали углеродистой типа 15X17AG14 в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 250 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	As	(<0.005)	%		
01	C	0.052	%	0.001	A
01	Si	0.704	%	0.007	A

01	Mn	13.79	%	0.03	A
01	Cr	17.05	%	0.03	A
01	Ni	0.280	%	0.003	A
01	S	0.0052	%	0.0003	A
01	P	0.0227	%	0.0006	A
01	N	0.397	%	0.003	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.