

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1690-90П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО ТИПА Л6 (Ч4в)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа чугунов (ГОСТ 4832-80).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2000

Описание СО:

СО изготовлен из чугуна типа Л6 в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Si	1.151	%	0.007	A
01	Mn	0.834	%	0.006	A
01	S	0.0150	%	0.0005	A

01	P	0.236	%	0.003	A
01	Cr	0.656	%	0.005	A
01	Ni	0.497	%	0.004	A
01	Cu	0.189	%	0.003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.