

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1694-79

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СИЛИКОКАЛЬЦИЯ ТИПА СК15 (Ф25)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава силикокальция типа СК15 (ГОСТ 4762-71) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 14858.1-69, ГОСТ 14858.4-69, ГОСТ 14858.5-69, ГОСТ 14858.6-69.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1989

Описание СО:

материалом СО является силикокальций типа СК15 (ГОСТ 4762-71). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в запаянные ампулы по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Ф25	C	0.150	%	0.004	A
Ф25	Si	50.5	%	0.1	A

Ф25	S	0.0034	%	0.0004	A
Ф25	P	0.009	%	0.001	A
Ф25	Al	0.46	%	0.01	A
Ф25	Ca	18.9	%	0.1	A
Ф25	Fe	28.00	%	0.05	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.