Приложение к свидетельству **№ 0701**
(обязательное)

Описание типа ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора
Головного органа ГСО
С.В. Медведевских

Стандартный образец состава сплава на никелевой основе типа ХН70МВТЮБ (19Н1)

ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер **ГСО 1699-79**

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: техническое задание, утверждённое 24.06.1977; изменения к техническому заданию, утверждённые 05.04.1999, 28.05.2009; единичное повторяющееся производство.
Номер и дата выпуска партии ГСО 19Н1 – сентябрь 1979 г.

Назначение и область применения: стандартный образец предназначен для измерения массовой доли вольфрама при аттестации стандартных образцов состава сплавов на никелевой основе (ГОСТ 5632-72) методом сравнения.
Область применения: металлургия.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): СТП-ИСО-9-94; методики КХА на определение массовой доли вольфрама в сплавах на никелевой основе № НДИ МХ-0199-99 (№ ФР.1.31.2008.04382), № НДИ МХ-0200-99 (№ ФР.1.31.2008.04381), № НДИ МХ 0263-00 (по отраслевому реестру ЗАО «ИСО»).

Описание: материал СО изготовлен из сплава на никелевой основе типа ХН70МВТЮБ в виде неокисленной стружки скалывания толщиной не более 0,4 мм; материал расфасован в склянки по 300 г.

Нормированные метрологические характеристики:
Аттестуемая характеристика - массовая доля вольфрама (в процентах) должна находиться в диапазоне от 2,5 до 3,2;
Границы допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО (в процентах) при доверительной вероятности 0,95должны находиться в диапазоне: ± 0,04.

Срок годности экземпляра СО: не ограничен.

Разработчик и изготовитель СО: Закрытое акционерное общество «Институт стандартных образцов» (ЗАО «ИСО»).
620057, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, 13а.

Директор ЗАО «ИСО» В.В. Степановских

(конец)