

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 17-70/18-70

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: КОМПЛЕКТ БУФЕРНЫХ ТАБЛЕТОК ДЛЯ НАСТРОЙКИ И ПОВЕРКИ рН-МЕТРОВ

Назначение СО:

СО предназначены для применения в виде буферных растворов для настройки и поверки промышленных рН-метров со шкалой от 2 до 12 рН.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1973

Описание СО:

СО изготовлены в виде буферных таблеток со значениями рН=4.01 и рН=9.18. Комплект включает 2 СО, запресованных поэкземплярно в целлофан

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

СКБ АП

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

рН при температуре 25 град. Цельсия

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta / \pm\delta$ *	***
	рН		4.01		0.04	
	рН		9.18		0.04	

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.