

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 170-71

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ДИНАСА (56-В)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава динаса (ГОСТ 4157-48) в соответствии с ГОСТ 2642-60.

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.09.1981

**Описание СО:**

материалом СО является динас (ГОСТ 4157-48). СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИСО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
56-В	SiO <sub>2</sub>	96.30	%	0.09	А
56-В	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.395	%	0.019	А
56-В	FeO	1.39	%	0.01	А

56-B	CaO	1.52	%	0.02	A
56-B	TiO <sub>2</sub>	0.110	%	0.003	A
56-B	MnO	0.097	%	0.004	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.