

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 170-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ДИНАСА (56г)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава огнеупоров.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.05.1997

Описание СО:

материалом СО является динас. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки емкостью (50-100) мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
56г	SiO ₂	96.2	%	0.1	A
56г	Al ₂ O ₃	0.31	%	0.01	A
56г	Fe ₂ O ₃	1.54	%	0.02	A
56г	TiO ₂	0.106	%	0.005	A

56г	CaO	1.50	%	0.03	A
56г	MgO	0.039	%	0.004	A
56г	MnO	0.053	%	0.003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.