

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1725-79

Количество СО в комплекте: 12

Наименование СО: СО МАСЛИЧНОСТИ И ВЛАЖНОСТИ СЕМЯН
ПОДСОЛНЕЧНИКА (комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки и поверки ЯРМ экспресс-анализаторов влажности и масличности семян подсолнечника.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1980

Описание СО:

комплект СО представляет собой 12 стеклянных ампул специальной формы, содержащих имитаторы воды и масла.

Страна изготовитель ГСО: Россия, Украина

Изготовитель(и):

НПО "ПИЩЕПРОМАВТОМАТИКА"

ГНУ ВНИИМК

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

влажность, %; масличность, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Масличность		35 - 60	%	0.2	А
01	Влажность		5 - 20	%	0.2	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.