

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1764-80

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ФЕНОЛА (ФЗ)

**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоэлектроколориметров, хроматографов) контроля правильности результатов анализа вод на аттестованные компоненты спектрофотометрическим, газохроматографическими, калориметрическими и другими методами.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1983

**Описание СО:**

СО представляет собой жидкость, помещенную в стеклянную ампулу емкостью 5 мл.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

ФХИ АН УКРАИНЫ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 3 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание м-крезола, мкг/мл

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
ФЗ	м-крезол	502	мкг/мл	3	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.