

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1772-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ФЕРРОМОЛИБДЕНА ТИПА ФМ1 (453)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава ферромolibдена (ГОСТ 4759-69) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 13151.4-67, ГОСТ 13152.5-67, ГОСТ 13151.1-73, ГОСТ 13151.2-73, ГОСТ 13151.3-73, ГОСТ 13151.6-77, ГОСТ 13151.11-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1990

Описание СО:

материалом СО является ферромolibден (ГОСТ 4759-69). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 300 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
453	С	0.038	%	0.002	А

453	As	0.019	%	0.001	A
453	Si	0.64	%	0.01	A
453	P	0.035	%	0.002	A
453	S	0.075	%	0.002	A
453	Zn	0.0054	%	0.0006	A
453	Pb	0.015	%	0.001	A
453	Cu	0.50	%	0.01	A
453	Bi	0.0046	%	0.0005	A
453	Sn	0.0021	%	0.0003	A
453	W	0.062	%	0.004	A
453	Mo	59.3	%	0.1	A
453	Sb	0.0058	%	0.0005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.