

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1783-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ШЛАКА ДОМЕННОГО (Ш1)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава шлака доменного (ГОСТ 3476-74) на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1989

Описание СО:

материалом СО является шлак доменный (ГОСТ 3476-74). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 125 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Ш1	MnO	0.22	%	0.01	A
Ш1	S	0.69	%	0.01	A
Ш1	FeO	0.45	%	0.02	A

Ш1	SiO ₂	38.2	%	0.1	A
Ш1	Al ₂ O ₃	8.65	%	0.07	A
Ш1	MgO	9.41	%	0.07	A
Ш1	CaO	39.3	%	0.2	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.