

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1797-80/1803-80

Количество СО в комплекте: 7

**Наименование СО:** СО СОСТАВА МАГНИЕВОГО СПЛАВА МА15 (комплект 29)

**Назначение СО:**

СО предназначены для проведения спектрального анализа магниевого сплава МА15 по ГОСТ 14957-76.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1999

**Описание СО:**

комплект состоит из 7 СО, материалом СО является магниевый сплав МА15 по ГОСТ 14957-76. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 8 мм, высотой 123 мм.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВИЛС

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
02	Zr	(0.45)	%		
03	Zr	(0.92)	%		
04	Zr	(0.39)	%		

05	Zr	(0.12)	%		
06	Zr	(0.71)	%		
01	Cd	2.47	%	0.02	A
02	Cd	1.50	%	0.03	A
03	Cd	1.89	%	0.06	A
04	Cd	0.97	%	0.03	A
05	Cd	0.52	%	0.02	A
06	Cd	1.97	%	0.04	A
02	Zn	2.89	%	0.06	A
03	Zn	2.51	%	0.04	A
04	Zn	3.53	%	0.04	A
05	Zn	4.01	%	0.06	A
06	Zn	2.35	%	0.04	A
02	La	0.74	%	0.02	A
03	La	0.65	%	0.03	A
04	La	1.03	%	0.03	A
05	La	1.24	%	0.01	A
06	La	0.81	%	0.02	A
07	La	1.54	%	0.03	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.