

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1804-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сырья и продуктов калийных производств по ГОСТ 4568-74 на аттестованные компоненты в соответствии с ГОСТ 20851.3-75.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.08.1992

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки по 300 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИГАЛУРГИИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	KCl	91.0	%	0.1	A
01	NaCl	7.48	%	0.08	A
01	Br	0.072	%	0.002	A

01	Нерастворимый остаток	0.74	%	0.04	A
----	-----------------------	------	---	------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.