

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1805-80

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СИЛЬВИНИТА

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сырья и продуктов калийных производств по ГОСТ 4568-74 на аттестованные компоненты в соответствии с ГОСТ 20851.3-75.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.08.1992

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки по 300 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИГАЛУРГИИ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	KCl	23.65	%	0.10	A
01	Br	0.0375	%	0.0005	A
01	Нерастворимый	4.24	%	0.05	A

	остаток				
--	---------	--	--	--	--

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.