

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1815-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ (ЦЕОЛИТ NaA)

Назначение СО:

СО предназначен для метрологической аттестации образцовых установок, служащих для определения адсорбционных свойств цеолитов.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1982

Описание СО:

материалом СО является полуфабрикат, полученный по МРТУ 6-09 909-66, без введения связующего материала. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в ампулы по 1 г и 10 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

количество адсорбируемого гелия, мк моль/г; удерживаемые объемы гелия, см³/г

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Удерживаемые		2.541-0.264	см ³ /г	1.5	О

	объемы					
01	Количество удерживаемого вещества		611.2-15.9	мкмоль/г	1.5	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.