

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1854-80

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА МЕТАФОСА

**Назначение СО:**

СО предназначен для поверки и градуировки хроматографических приборов универсального назначения, для контроля правильности результатов измерений содержания метафоса в техническом продукте и объектах окружающей среды.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1995

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные флаконы по 1 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИХСЗР

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 2 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание свободного 0,0-диметил-0-(4-нитрофенил)тиофосфата (метафоса), %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Метафос	98.5	%	0.3	А
01	п-нитрофенол	(<0.1)	%		

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.