

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 187-72

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ - ОРГАНИЧЕСКОЕ ТОВАРНОЕ
ПОДЕЛОЧНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО В БЛОКАХ

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности работы средств измерений теплопроводности веществ, для применения в качестве образца сравнения в приборах, основанных на сравнительных методах измерения.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.01.1997

Описание СО:

СО представляют собой полые стеклянные цилиндры длиной 120 мм, внутренний диаметр которых 4 мм, внешний 40 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

теплопроводность, Вт/(м*К); температурный коэффициент, в интервале температур (90-350), К

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
01	Теплопроводность	(90-350), К	0.142-0.200	Вт/(м*К)	2.0	О
01	Температурный коэффициент	(90-350), К	6.00-1.00	К-1	2.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.