

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1883-86П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ВОЛЬФРАМОВОГО КОНЦЕНТРАТА МАРКИ КВГ  
(Т)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава вольфрамового концентрата (ГОСТ 213-83).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1996

**Описание СО:**

материалом СО является вольфрамовый концентрат (ГОСТ 213-83). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Республика Узбекистан

**Изготовитель(и):**

СРЕДАЗНИПРОЦВЕТМЕТ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	W2O5	66.36	%	0.27	A
01	Mo	0.0078	%	0.0010	A

01	MnO	16.74	%	0.11	A
01	SiO <sub>2</sub>	2.38	%	0.05	A
01	S	0.503	%	0.027	A
01	CaO	5.60	%	0.26	A
01	P	0.0248	%	0.0019	A
01	Cu	0.0117	%	0.0005	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.