

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 190-72

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ (293-в)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали углеродистой марки У8А (ГОСТ 1435-54) в соответствии с ГОСТ 2331-63, ГОСТ 11655-11661-65, ГОСТ 12344-12365-66.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.01.1992

Описание СО:

материалом СО является сталь углеродистая марки У8А (ГОСТ 1435-54). СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
293-в	С	0.814	%	0.005	А
293-в	Mn	0.217	%	0.002	А

293-В	Si	0.211	%	0.003	A
293-В	P	0.0091	%	0.0004	A
293-В	S	0.017	%	0.0003	A
293-В	Cr	0.084	%	0.001	A
293-В	Ni	0.114	%	0.004	A
293-В	Cu	0.148	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.