

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 194-72

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО № 4 ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО СТЕКЛА

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава электровакуумного стекла С-94-1 в соответствии: нормаль НПО 027.600.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.03.1982

Описание СО:

материалом СО является стекло электровакуумное С-94-1. При размельчении СО следует учитывать возможность загрязнения его материалом ступки и размельчающего устройства.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НИИЭС

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	SiO ₂	59.9	%	0.2	A
01	Al ₂ O ₃	3.45	%	0.08	A

01	PbO	10.55	%	0.19	A
01	BaO	2.30	%	0.05	A
01	MgO	2.48	%	0.09	A
01	CaO	5.45	%	0.13	A
01	K ₂ O	8.77	%	0.16	A
01	Na ₂ O	5.59	%	0.07	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.