

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1995-80/2000-80

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО ОБЪЕМНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ (ЦЕМЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) комплект ОВЦМ

**Назначение СО:**

СО предназначены для градуировки, аттестации и поверки образцовых радиоизотопных влагомеров цементных материалов.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1986

**Описание СО:**

комплект состоит из 6 СО, имеющих форму параллелепипедов размером (300x400x600) мм, изготовленных из порландцементных бетонов.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ВНИИФТРИ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 6 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

объемное влагосодержание, г/см<sup>3</sup>

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Влажность		0.012	г/см <sup>3</sup>	0.002	А

02	Влажность		0.0604	г/см3	0.00015	А
03	Влажность		0.1183	г/см3	0.0002	А
04	Влажность		0.1701	г/см3	0.0003	А
05	Влажность		0.2221	г/см3	0.0004	А
06	Влажность		0.2913	г/см3	0.0005	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.